

Số: /TWQH-VT-TBYT
V/v Mời báo giá cung cấp linh kiện,
sửa chữa hệ thống khí y tế.

Gia Lai, ngày tháng 4 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp linh kiện, sửa chữa hệ thống khí y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Địa chỉ: Tổ 13, Khu phố 22, P. Quy Nhơn Nam, T. Gia Lai.

- Thư mời báo giá cung cấp linh kiện, sửa chữa hệ thống khí y tế được đăng tải trên cổng thông tin điện tử website: “www.bvquyhoa.vn” và “muasamcong.mpi.gov.vn”.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp:

+ Tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

+ Địa chỉ: Tổ 13, Khu phố 22, P. Quy Nhơn Nam, T. Gia Lai.

+ Số điện thoại: 0256.3540140.

- Nhận qua email: quyhoandh2005@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 10/5/2026.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 10/5/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục linh kiện, sửa chữa hệ thống khí y tế.

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	ĐVT
1	Bộ linh kiện bảo trì 05 năm (hoặc 12000 giờ) máy hút E25.2 Mv hoạt động gồm có: - Vòng đệm kín trục quay bơm hút - Bạc đạn trục quay bơm hút + ron - Bộ cánh gạt đầu bơm hút - Ron vỏ bơm hút - Phao hồi lưu nhớt + ron - Cao su chống rung - Khớp nối	Linh kiện cung cấp phải tương thích với hệ thống như sau: - Tên thiết bị: Trung tâm máy hút chân không y tế - Model: Hospivac Evisa E25 MV - Evisa E25.2 MV/FD 30B - Hãng sản xuất: Mil's - Nước sản xuất: Pháp	02	Bộ

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	ĐVT
2	Linh kiện bảo trì định kỳ hai năm cho bộ sấy khô và lọc khí SEC 3AH-AD425, gồm có: - Linh kiện bộ xả Beko 12 - Lõi van C1/C2 - Van NO V1/V3 - Van NF R2/R4 - Van xả SV	Linh kiện cung cấp phải tương thích với hệ thống như sau: - Tên thiết bị: Trung tâm máy nén khí y tế - Model: Airmil's 13C1-13K1 - Hãng sản xuất: Mil's - Nước sản xuất: Pháp	01	Bộ
3	Đầu dẫn van lọc oxy, air gói 10 cái	Linh kiện cung cấp phải tương thích với hệ thống như sau: - Tên thiết bị: Trung tâm khí oxy y tế - Hãng sản xuất: Taema - Nước sản xuất: Pháp	02	Gói

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Địa chỉ: Tổ 13, Khu phố 22, P. Quy Nhơn Nam, T. Gia Lai.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, thiết bị y tế: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm toàn bộ việc vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, đảm bảo thiết bị hoạt động đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, giao hàng tại nơi sử dụng.

- Bảo quản: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phải đảm bảo thiết bị được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 6/2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VND.

- Thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày. Sau khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng và bên mua nhận được đầy đủ biên bản nghiệm thu, chứng từ, hồ sơ thanh toán và các giấy tờ tài liệu liên quan.

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đăng Vinh