

Số:1623 /TWQH-VT-TBYT
V/v Mời báo giá cung cấp
Giường hồi sức cấp cứu đa năng

Gia Lai, ngày 27 tháng 10 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Địa chỉ: Khu phố 16, P. Quy Nhơn Nam, T. Gia Lai.

- Thư mời báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử website: “www.bvquyhoa.vn” và “muasamcong.mpi.gov.vn”.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Tại Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia: muasamcong.mpi.gov.vn.

- Tại Phòng Văn thư, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

+ Địa chỉ: Khu phố 16, P. Quy Nhơn Nam, T. Gia Lai.

+ Số điện thoại: 0256.3540140.

- Tại địa chỉ email: quyhoandh2005@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/11/2026.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ:

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	ĐVT	Ghi chú
1	Giường hồi sức cấp cứu đa năng	Thông số kỹ thuật tối thiểu bao gồm: 1. Quy cách ($\pm 5\%$) - Tổng thể: dài 2160 x rộng 960mm; - Mặt giường: dài 2050 x rộng 880mm; - Chiều cao 370 - 720 mm. 2. Chất liệu - Mặt giường và khung giường làm bằng sắt sơn tĩnh điện. - Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối; - Lan can làm bằng inox SUS 304, được phủ lớp sơn tĩnh điện không màu. 3. Chức năng - Điều khiển giường hoàn toàn bằng điện; nguồn điện vào 220V, ra 24V;	02	Cái	

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	ĐVT	Ghi chú
		- Phương thức chuyển động: bằng 3 motor; điều khiển bằng remote : (1) Nâng hạ đầu từ :$0^{\circ} \sim 80^{\circ}$; (2) Nâng hạ chân từ : $0^{\circ} \sim 35^{\circ}$; (3) Nâng hạ cao thấp từ : 370 ~ 720mm. - Motor có bộ phận tích điện, giúp giường có thể bấm lên xuống 20 lần trong 2 ngày. - Tấm chắn đầu/ đuôi giường có thể tháo rời. - Mặt giường làm bằng sắt tấm, có đục lỗ tròn giúp thoáng khí. - Lan can có thể gấp lên/xuống được. - Tải trọng lan can khi sử dụng: 70kg - Bánh xe kích thước : 127mm; có nắp bọc che bụi bẩn. - Khóa 4 bánh xe bằng khóa trung tâm; đặt ở phía dưới đuôi giường. - Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường. - Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch. - Tải trọng an toàn: 200kg. 4. Phụ kiện: - Giá truyền dịch 2 móc. - Nệm giường: (1) Dài 2000 x Rộng 850 x Cao 100mm; (2) Lớp ngoài: Vải nilon, chống thấm, thoáng khí; (3) Lớp trong: Mút dạng sóng, không xẹp.			

2. Yêu cầu về cung cấp, vận chuyển và bảo hành hàng hóa:

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Địa chỉ: Số 05A Chế Lan Viên, P. Quy Nhơn Nam, T. Gia Lai.

- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm toàn bộ việc vận chuyển, giao hàng tại nơi sử dụng. Hàng hóa phải còn nguyên đai, nguyên kiện và được bảo hành đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 11/2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VND.

- Thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày sau khi cung cấp hàng hóa, nghiệm thu đưa vào sử dụng và bên mua nhận được đầy đủ biên bản nghiệm thu, chứng từ, hồ sơ thanh toán và các giấy tờ tài liệu liên quan.

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đăng Vinh